

MADE IN FRANCE 

Informations réglementaires

Marquage	Indice de classement	PHTALATES LATEX	
CE	I		

Les garrots pneumatiques manuels sont composés :

- d'un bloc mano-poire de garrot
- de brassards et cuissards stérilisables.

Le manomètre est gradué de 0 à 600 mmHg avec une plage de mesure graduée tous les 10 mmHg et une précision de mesure de ± 5 mmHg.

Le manomètre se compose d'une membrane anéroïde en cuivre au béryllium traité avec mécanisme de qualité horlogère.

D'autre part, les brassards et les cuissards associés sont de conception spécifique et robuste et sont stérilisables. Ils sont composés d'une enveloppe et d'une poche en silicone démontable, ce qui facilite leur entretien.

1 - Identification des dispositifs



Desillons & Dutrillaux

Zone Industrielle La Tuque

Tél : +33 5 53 48 30 66

technique@ddmedical.fr

47240 CASTELCUQUIER

Fax : +33 5 53 47 24 64

www.ddmedical.fr

Date du premier certificat de
marquage CE : 2004

Page 1 / 6


2 – Références

Dispositif complet :

Référence	Désignation
A10657	Manomètre 0-600 mmHg pour garrot manuel
G20154	Garrot manomètre brassard / cuissard Nourrisson
G20153	Garrot manomètre bras Enfant
G20155	Garrot manomètre bras Petit adulte
G20152	Garrot manomètre bras Adulte
G20150	Garrot manomètre cuisse Adulte
G20151	Garrot manomètre cuisse Adulte L
G20156	Garrot manomètre cuisse Adulte XL

Pièces détachées :

Identifiant	Référence	Dénomination	Caractéristique
	A10655	Manomètre gradué 0 - 600 mmHg	ABS, PVC et laiton chromé
	GBS101	Brassard / Cuissard Nourrisson	
A	EGBS101	Enveloppe seule	Polyester
B	PGBS101	Poche (19 x 4 cm)	SILICONE
	GBS102	Brassard Enfant	
A	EGBS102	Enveloppe seule	Polyester
B	PGBS102	Poche (26,5 x 5 cm)	SILICONE
	GCS102	Cuissard Enfant	
A	EGCS102	Enveloppe seule	Polyester
B	PGCS102	Poche (35,5 x 6 cm)	SILICONE
	GBS103	Brassard petit adulte	
A	EGBS103	Enveloppe seule	Polyester
B	PGBS103	Poche (35,5 x 6 cm)	SILICONE
	GCS103	Cuissard petit adulte	
A	EGCS103	Enveloppe seule	Polyester




B	PGCS103	Poche (53 x 6 cm)	SILICONE
GBS104		Brassard adulte	
A	EGBS104	Enveloppe seule	Polyester
B	PGBS104	Poche (53 x 6 cm)	SILICONE
GCS104		Cuissard adulte	
A	EGCS104	Enveloppe seule	Polyester
B	PGCS104	Poche (69 x 9 cm)	SILICONE
GCS105		Cuissard adulte L	
A	EGCS105	Enveloppe seule	Polyester
	PGCS105	Poche (81 x 9 cm)	SILICONE
GCS106		Cuissard adulte XL	
A	EGCS106	Enveloppe seule	Polyester
B	PGCS106	Poche (85,5 x 12 cm)	SILICONE

3 - Utilisation du dispositif - Mode d'emploi

- **Mise en place du brassard ou du cuissard sur le membre :**
 - Faire une exsanguination du membre à l'aide d'une bande d'Esmarch ou par surélévation à 45° pendant 5 à 8 mn.
 - Avant d'effectuer la pose du garrot :
 - s'assurer des bonnes dimensions du garrot à placer en fonction du membre,
 - s'assurer de l'étanchéité de la poche du garrot,
 - s'assurer de la qualité du système Velcro sur le brassard/ cuissard,
 - Positionner le brassard ou le cuissard sur une bande de protection, préalablement appliquée sur la peau du membre à garrotter.
- **Raccordement du brassard au manomètre :**
 - Connecter la rallonge pneumatique du brassard ou du cuissard au connecteur du mano-poire.

4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensembles

Identifiant	Référence	Dénomination	Caractéristique
B	A10362	Verre	Polycarbonate
C	A10363	Protecteur supérieur de manomètre	Polyuréthane
D	A10364	Boîtier manomètre	Aluminium
E	A10365	Corps	Aluminium
F	A10226	Poire de gonflage	PVC sans phtalates
G	A10366	Protecteur inférieur de manomètre	Polyuréthane
H	A10367	Mécanisme 0-300 mmHg	Laiton
I	A10368	Valve + filtre + rondelle + circlips	



5 – Nettoyage – désinfection

Important : Avant la 1ère utilisation et pour toute opération de nettoyage, extraire la poche de son enveloppe.

PRE-DESINFECTION

Enveloppe : Immerger l'enveloppe dans les solutions désinfectantes appropriées pour les textiles (produits détergeants, décontaminants).

Poche : Utiliser des solutions désinfectantes validées pour les matériaux élastiques. Ne pas utiliser des désinfectants contenant des composants comme les phénols ou les alcyamines (ne pas immerger la poche).

NETTOYAGE

Enveloppe : Laver l'enveloppe à la main, ou en machine à 40°, en position de fermeture (pour éviter l'accrochage de différentes enveloppes entre elles).

Il est recommandé des détergents à PH neutre pour le nettoyage.

Rincer- Sécher. Il n'est pas recommandé de sécher en machine.

P o c h e : Laver la poche à la main sans faire pénétrer de l'eau par l'extrémité du raccord.

Il est recommandé des détergents à PH neutre pour le nettoyage. Il est impératif de rincer correctement les dispositifs à l'eau déminéralisée afin d'éliminer les résidus des désinfectants et détergents (ne pas immerger la poche).

Rincer-Sécher

STERILISATION

De l'ensemble enveloppe et poche reconditionnées.

En autoclave à 134°pendant 18 minutes ; La présence de résidus de détergents ou désinfectants peut provoquer un durcissement ou une détérioration de l'élastomère de silicone ainsi que du textile.

6 – Maintenance :

Contrôle étalonnage tous les 12 mois pour le manomètre.

7 – Conditionnement

Références	Nombre d'unité par conditionnement
G20154	1
G20153	1
G20152	1
G20150	1
G20151	1

8 – Stockage

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Ventilé	-10° à 40 ° c	30 à 40 %	500 à 1060 hpA

9 – Garantie

La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit D & D que si le produit ne fonctionnait pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé.

La durée de cette garantie est de 24 mois.

Le produit doit être utilisé conformément à l'étiquetage, il ne doit pas avoir été modifié ni avoir fait l'objet d'un accident ou d'une utilisation erronée, abusive ou inappropriée.